



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

TW.C.29.010.A № 70778

Срок действия до **01 августа 2023 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Дозаторы электронные одноканальные серии МРА

ИЗГОТОВИТЕЛИ
**"A&D Company, Limited", Япония;
"Arise Biotech Corp.", Тайвань**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **72034-18**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-5292-449-2018

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **01 августа 2018 г. № 1624**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



" 10 " 2018 г.

Серия СИ

№ 042865

Неварреактив

Неварреактив