

## ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

### СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КАДМИЯ (КОМПЛЕКТ № 1К)

ГСО 6690-93/6692-93

**Назначение стандартного образца:** градуировка и калибровка средств измерений (СИ), в том числе специализированных, предназначенных для определения содержания ионов кадмия в водных средах атомно-абсорбционным спектрометрическим, вольтамперометрическим, масс-спектрометрическим, полярографическим, рентгенофлуоресцентным, спектрофотометрическим, фотоколориметрическим, эмиссионным спектрометрическим и другими методами, а также контроль метрологических характеристик СИ при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа, контроль точности результатов измерений и аттестация методик измерений содержания ионов кадмия в водных средах.

Стандартные образцы могут применяться для поверки СИ и контроля точности результатов измерений при условии соответствия их метрологических и технических характеристик критериям, установленным в методиках поверки и методиках измерений.

Область промышленности, производства, где преимущественно надлежит применять стандартный образец: государственный метрологический надзор, здравоохранение, охрана окружающей среды, испытания и контроль качества продукции.

**Описание стандартного образца:** материалы стандартных образцов представляют собой водные растворы кадмия азотнокислого, подкисленные азотной кислотой (молярная концентрация кислоты в СО составляет 0,1 моль/дм<sup>3</sup>), расфасованные в запаянные стеклянные ампулы типа ШП-5, ШП-20 по ОСТ 64-2-485-85 или типа ИП-20С по ТУ У 00480945-005-96.

Количество СО в комплекте – 3.

**Форма выпуска:** серийное постоянное (непрерывное) производство.

#### Метрологические характеристики

Аттестуемая характеристика: массовая концентрация ионов кадмия, г/дм<sup>3</sup>.

Т а б л и ц а 1 - Нормированные метрологические характеристики стандартного образца

Номер стандартного образца	Индекс стандартного образца	Интервал допускаемых аттестованных значений массовой концентрации ионов кадмия, г/дм <sup>3</sup>	Границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения (при Р=0,95), %
6690-93	1К-1	0,95 - 1,05	± 1,0
6691-93	1К-2	0,475 - 0,525	
6692-93	1К-3	0,095 0,105	

**Срок годности экземпляра:** 4 года.

**Знак утверждения типа:** полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта стандартного образца утвержденного типа.

**Комплектность стандартного образца:** комплект поставки включает один стандартный образец с индексом 1К-1 и по два стандартных образца с индексами 1К-2 и 1К-3. Количество экземпляров с каждым индексом может быть изменено Изготовителем по желанию Покупателя. Экземпляры стандартных образцов с наклеенными этикетками укладываются в пластиковый футляр, который помещают в упаковочную коробку с наклеенной на нее этикеткой. В комплект поставки входит паспорт стандартных образцов с инструкцией по применению, оформленные по ГОСТ Р 8.691-2010 ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток.

**ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к стандартному образцу:**

1. **Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:** ТУ 4381-001-13193561-99 Стандартные образцы состава водных растворов ионов кадмия (комплект № 1К). Технические условия, дата введения 01.08.1999.

2. **Документы, определяющие применение стандартного образца:**

- на поверку: МИ 1980-89. Рекомендация. Полярографы и анализаторы полярографические. Методика поверки и аттестации.
- на методики измерений:
- ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии;
- ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии;
- ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия.

3. **Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца:** не реже одного раза в пять лет.

**Номер экземпляра (партии), дата выпуска:** представлена в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартного образца партия № 15/1К-ЦСО, выпущенная в сентябре 2014 г.

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ» (ООО «ЦСОВВ»). ИНН 7823005374  
Адрес: Гостилицкое шоссе, д. 131, литер А, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 198504.

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ» (ООО «ЦСОВВ»). ИНН 7823005374.  
Адрес: Гостилицкое шоссе, д. 131, литер А, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 198504.

Приложение к свидетельству № 4533  
об утверждении типа стандартных образцов

**Испытательный центр:** до введения в действие статьи 19 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части аккредитации на право проведения испытаний стандартных образцов в целях утверждения типа, Приказа Минпромторга РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081, Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», испытания стандартных образцов в целях утверждения типа не проводились, утверждение типа стандартного образца проведено в соответствии с ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения».

Заместитель  
Руководителя Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

подпись

С.С.Голубев  
расшифровка подписи

М.П. «\_\_\_» 2015 г.